

Secourisme Info

UTILISATION DU DSA CHEZ L'ENFANT (suite)



Position de la 1^{ère} électrode

- au milieu de la poitrine, entre les mamelons.
- le bord inférieur de l'électrode arrivant au niveau de la partie inférieure du sternum,
- le fil dirigé vers la tête de l'enfant



Mise en place de la 2^{ème} électrode

La RCP reste suspendue.


L'équipier "ventilation" maintient la tête pendant les manœuvres.

L'équipier "compression" assurera la rotation prudente de l'enfant sur le côté pour permettre à l'équipier "DSA" de coller la 2^{ème} électrode dans le dos.

L'enfant est ensuite remis à plat dos afin de reprendre sans délai la RCP

Position de la 2^{ème} électrode

- le long de la colonne vertébrale
- entre les deux omoplates
- en vis à vis de l'électrode antérieure



Important

La mise en place des électrodes devra être la plus rapide possible, car elle nécessite la suspension des manœuvres de RCP.

Les compressions thoraciques se feront directement sur l'électrode placée sur la poitrine.

Les recommandations habituelles concernant l'utilisation du DSA et les techniques de RCP chez l'enfant restent inchangées.



Remarque

Ces dispositions annulent et remplacent les recommandations des schémas figurant sur les électrodes.
Il ne sera pas tenu compte de la couleur des fils.



Secourisme.org :

École départementale :
Médecin commandant Claude Rivière
Médecin commandant Joël Fabbri
Médecin capitaine Jean-Louis Barra
Adjudant-Chef Hélène Roux

04.42.46.43.39
04.42.46.43.57
04.42.46.43.57
04.42.46.43.57
04.42.46.40.56
hroux@sdis13.fr

